

## 競争入札に関する質問回答書

件名		市立保育園自動体外除細動器（AED）賃貸借業務（長期継続契約）	
入札年月日		（開札日）令和8年5月13日	
質疑年月日		令和8年4月21日	
番号		質問	回答
1	賃貸借機器について②製造元：日本光電工業株式会社③型番：AED-3100とありますが、指定機器以外の製品を認めて頂くことは可能ですか。	当該機器の使用者である保育園の職員が、指定機器の操作・取り扱いに習熟しており、緊急時において、迅速かつ確実な対応を担保する観点から、操作体系を統一し、安全管理の徹底を図っているため、指定機器以外の製品を認めることはできません。	
2	遠隔監視システムは必須の認識でよろしいでしょうか。遠隔監視システムが必須な場合は、日本光電工業株式会社が提供するAEDリモート監視システムを利用して1日1回のAED自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡にて報告させていただきます。AEDの異常内容をお客様にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。上記対応に加え、AEDの稼働状態（AED本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量）のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出タイミングを「毎月」「隔月」「年1回」から教え頂けますでしょうか。なおレポートの提出は遠隔監視システムをご利用の場合に限定したサービスでメールにて提出します。また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。	遠隔監視システムは不要です。ただし、遠隔監視システムが同梱された機器であっても可としています。その際、遠隔監視システムの通信設定は必要ありません。また、AEDの稼働状態レポートの提出は不要です。	
3	仕様書7④「キャリングケース」とありますが、メーカー純正品とデザインは異なりますが、機能は同じ（AED本体、予備電極パッド、レスキューキット収納）弊社製のキャリングケースでもよろしいでしょうか。	指定の製品はありません。仕様書に記載している、（1台当たりの内訳）の物品が収納可能であり、機能が同等であれば使用可能です。	
4	仕様書10⑥「取扱い説明」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明のYouTube動画を用意しています。また、弊社コールセンター（24時間対応）へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお応えする体制もございます。そのため、現地対応は不要との認識でよろしいでしょうか。もし、現地対応が必要である場合には、AED本体を展示し、取り扱い説明書を用いて、具体的にAED使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。	取扱説明書の同梱、取扱説明のYouTube動画ではなく、園との調整も含め落札者において現地にて取り扱いの説明を行ってください。ただし、説明はAED使用方法のみの説明とし、心肺蘇生法の説明は不要です。	
5	仕様書10⑦本件の消耗品交換については、下記の運用でもよろしいでしょうか。 ①消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者へ交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用。 ②AED使用時には、弊社コールセンターへご連絡頂き、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者へ交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用。	仕様書の記載のとおり、設置先への送付ではなく、園との調整も含め落札者において交換作業を行ってください。	